この添付文書をよく読んでから使用してください。

体外診断用医薬品

**2012 年 4 月改訂　（第 13 版）

製造販売届出番号　07A2X10001012290

*2011 年 3 月改訂　（第 12 版）

乳酸脱水素酵素キット（38504000）

Nーアッセイ L LDH ニットーボー

JSCC標準化対応試薬

【全般的な注意】*

1.本品は体外診断用医薬品であり、それ以外の目的に使用しないで下さい。
2.診断は、他の関連する検査結果や臨床症状等に基づいて総合的に判断して下さい。
3.添付文書以外の使用方法については保証いたしません。
4.使用する機器の添付文書および取扱説明書をよく読んでから使用して下さい。
5.基質液には防腐剤として0．1%以下のアジ化ナトリウムが含まれていますので、誤って目や口に入ったり、皮膚に付着した場合には、水で十分洗い流す等の応急処置を行い、必要があれば医師の手当などを受けて下さい。

【形状・構造等（キットの構成）】

構成	成分	
基質液 （R－1）	ジエタノールアミン L－乳酸リチウム	381mM 76．2mM
補酵素試液 （R－2）	β-NAD	30．8mM

各試薬は、それぞれ別売となっています。

【使用目的】

血清又は血漿中乳酸脱水素酵素の測定

【測定原理】

検体中の乳酸脱水素酵素(LDH)は、乳酸を基質としてピルビン酸を生成します。同時に酸化型ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド(NAD^+)を還元型ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド(NADH)に変化させます。このNADHの吸光度の増加の割合を測定してLDH活性値を求めます。



【操作上の注意】

測定試料の性質、採取法

検体はなるべく新鮮なものを使用して下さい。検体は、なるべく早く分離しただちに測定するか、室温で密栓保存し、2～3 日以内に測定するのが望ましいとされています。長期保存の場合は-40～-80℃凍結保存が望ましいとされています。（冷蔵、-20℃保存では失活する場合があるとの報告があります。）(5)

妨害物質・妨害薬剤

EDTA、シュウ酸塩は、LDH活性を阻害するので使用できません。血漿で測定する場合はヘパリン血漿をお勧めします。赤血球は、血清の 100～400 倍のLDH活性をもつので、溶血検体では著しい正の誤差を与えます。ビリルビン ～20mg/dL、アスコルビン酸 ～50mg/dL、イントラリピッド ～5%の濃度までほとんど測定値に影響を与えません。上記の影響は、使用する自動分析装置によってその度合いが異なります。

【用法・用量（操作方法）】

試薬の調製方法

1.基質液（R－1）
基質液をそのまま使用します。試薬は、開封後はなるべく早く使用し、保存する際には、蓋をしめて、冷所（2～10℃）に保存して下さい。開封後は、4週間使用可能です。最終使用期限は容器ラベルおよび、外箱に表示されています。使用期限の過ぎた試薬は使用しないで下さい。
2.補酵素試液（R－2）
補酵素試液をそのまま使用します。試薬は、開封後はなるべく早く使用し、保存する際には、蓋をしめて、冷所（2～10℃）に保存して下さい。開封後は、4 週間使用可能です。最終使用期限は容器ラベルおよび、外箱に表示されています。使用期限の過ぎた試薬は使用しないで下さい。

測定（操作）法

1.測定法
測定方法の1例を示します。レートアッセイで行います。測定装置は、使用する前に洗浄するなど十分に調整して下さい。
2.算出法
機種別のメソッドに従って標準液の既知活性をパラメーターとして入力し、検体中のLDH活性を算出します。

自動分析装置への適用例

検体または、生理食塩水および標準液　6μL
↓
基質液（R－1）　300μL
37℃　5min
補酵素試液（R－2）　75μL
↓
RATE ASSAY
主波長：340nm／副波長：405nm

上記の方法は1例であり、使用する自動分析装置によっては異なります。測定の際には、使用する自動分析装置用のパラメーターを、お近くの営業所もしくは、裏面の問い合わせ先までお問い合わせ下さい。

【測定結果の判定法】

健常人の参考基準範囲として、次のような報告がありますので参考にして下さい。なお、基準範囲値は各施設において設定して下さい。

119～229U／L (4)

【性能】

性能

1.感度
(1)試料を用いないで操作した場合のΔE/minは、0.003以下です。
(2)134U/L 相当の血清を試料として操作した場合のΔE/min は、0.009～0.017 です。
2.正確性
既知活性の管理用血清を測定するとき、既知活性の±10%以内です。
3.同時再現性
同一検体を 20 回同時に測定するとき、吸光度のC.V.値は 4.0%以下です。
4.測定範囲
6～1200U/L が測定範囲です。

相関性試験成績

ヒト血清を検体とするとき、JSCC常用基準法(x)と本法(y)との相関性は次の通りです。

y ＝ 1.000x + 2.54
r ＝ 0.998
n ＝ 50

較正用基準物質

日本・常用酵素標準物質(JC・ERM)

上記の性能は操作法の1例に基づいた方法によって得られるものであり、使用する自動分析装置により異なる場合があります。

【使用上又は取扱い上の注意】*

取扱い上(危険防止)の注意

1.試薬が誤って目や口に入った場合には、水で十分洗い流す等の応急処置を行い、必要があれば医師の手当て等を受けて下さい。
2.検体はHIV、HBV、HCV等の感染性のものが存在する場合がありますので、取扱い時には手袋等の保護具を着用して感染防止に十分に注意をして下さい。検体および検体に接触した器具、試薬、試薬容器などは、次亜塩素酸ナトリウム(有効塩素1，000ppm、1 時間以上浸漬)又は、グルタールアルデヒド(2%、1 時間以上浸漬)による消毒処理あるいは、オートクレーブによる滅菌処理(121℃で20分以上)を行って下さい。

使用上の注意

1.使用の際には、この説明書に記載された方法に従って下さい。記載された使用方法および使用目的以外での使用については、測定値に影響を与えるおそれがありますので、絶対に行わないで下さい。
2.検体および各試液はできるだけ泡立てないように取扱い、装置にセットする際は液面に泡のないことを確認して下さい。泡が生じた場合は、濾紙等で取り除いた後に測定を開始して下さい。
3.高度溶血血清では、赤血球中のLDHの影響により、正の影響を与えますので注意して下さい。
4.測定範囲を超える検体は、生理食塩水で適宜希釈した後、再測定して下さい。
5.自動分析装置で測定する際には、入力したパラメーターに誤りのないことを確認して下さい。
6.検体を測定する前には、必ずキャリブレーション操作を行って下さい。
7.ロットの異なる試薬を混合して使用することは、試薬の性能および性状を変化させることがありますので絶対に行わないで下さい。同一ロット内の試薬の継ぎ足し使用についても測定値に影響を及ぼすおそれがあるので、極力避けて下さい。
8.試薬は、冷所(2～10℃)で保存して下さい。凍結させないで下さい。凍結した試薬は使用しないで下さい。
9.使用期限の過ぎた試薬は使用しないで下さい。

廃棄上の注意

1.検体はHIV、HBV、HCV等の感染性のものが存在する場合がありますので、廃液、検体および検体に接触した器具、試薬、試薬容器などは、次亜塩素酸ナトリウム(有効塩素1，000ppm、1 時間以上浸漬)又は、グルタールアルデヒド(2%、1 時間以上浸漬)による消毒処理あるいは、オートクレーブによる滅菌処理(121℃で20分以上)を行って下さい。
2.基質液には防腐剤として0．1%以下のアジ化ナトリウムが含まれています。アジ化ナトリウムは、鉛管、銅管と反応して爆発性の金属アジドを生成することが報告されています。これらの物質の生成を防ぐために試薬または、試薬を含んだ廃液等を廃棄する際には、十分量の水で洗い流して下さい。
3.試薬および器具等を廃棄する場合には、廃棄物の処理および清掃に関する法律、水質汚濁防止法等の規定に従って処理して下さい。

【貯蔵方法、有効期間】

貯蔵方法

2～10℃で保存

有効期間

基質液　　製造後1年6ヶ月間
補酵素試液　　製造後1年間
最終使用期限は容器ラベルおよび外箱に記載してあります。

【包装単位】

	商品コード	統一コード	包装サイズ	対応機種例
R－1	12329114	479111054	60mL×4本	機種A※1 (日立バーコード対応)
R－2	12329214	479111061	15mL×4本	機種A※1 (日立バーコード対応)

各商品コードごと別売となっています。
その他の包装サイズについては営業担当者にお問い合わせ下さい。
※1　日立7600P・7170・7180形、日本電子BMシリーズなど。

【主要文献】

(1)日本臨床化学会，臨床化学，19(2)，228-246(1990)
(2)大澤進，臨床検査，37(5)，512-515(1993)
(3)金井正光編著，臨床検査法提要，改訂 30 版，金原出版，東京，662(1993)
(4)桑克彦，検査と技術，26(8)，635-644(1998)
(5)和田攻，大久保昭行，永田直一，矢崎義雄，“乳酸脱水素酵素 LD(LDH)”，臨床検査ガイド 2001～2002，第 3 版，文光堂，東京，145-148(2001)

【問い合わせ先】**

ニットーボーメディカル株式会社
TEL．03－4582－5420
FAX．03－3238－4590

【製造販売業者の氏名又は名称及び住所】** *

ニットーボーメディカル株式会社
福島県郡山市富久山町福原字塩島 1 番地